# RVM 63 HFR

Вакумен манометър без глицеринов пълнеж

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Конструкция** | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| **Закрепване** | фронтален пръстен с отвори за закрепване |
| **Съединение 1** | външна резба BSP цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 1** | плоско уплътняващ с цапфа |
| **Съединение** | отзад, центричен |
| **Стандарт** | EN 837-1 |
| **Температурен диапазон** | средата макс. +60 °C<br>Околната среда -20 °C до +60 °C |



## Указание

Диапазон на използване при натоварване в покой: 3/4 x крайната стойност на скалата.
Диапазон на използване при променливо натоварване: 2/3 x крайната стойност на скалата.

## Артикул

| Обозначение | Номинален размер Ø | Диапазон на скалата | Клас качество | Съединение |
|---|---|---|---|---|
| **RVM 63 -1 +0 HFR** | 63 | -1...0 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 63 -1 +0.6 HFR** | 63 | -1...+0,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 63 -1 +1.5 HFR** | 63 | -1... +1,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 63 -1 +3 HFR** | 63 | -1...+3 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 63 -1 +5 HFR** | 63 | -1...+5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 63 -1 +9 HFR** | 63 | -1...+9 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RVM 63 -1 +15 HFR** | 63 | -1...+15 | 2,5 | G 1/4" -19 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*