# GVM 63 HKR

Manomètres à vide avec remplissage de glycérine

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Construction** | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| **Fixation** | Anneau de matrice |
| **Raccord 1** | Filetage extérieur BSP cylindrique |
| **Étanchéité 1** | garniture plate avec tenon |
| **Raccord** | derrière, centré |
| **Norme** | EN 837-1 |
| **Atténuation** | par remplissage de glycérine |
| **Plage de température** | médium max. +60 °C<br>Ambiante -20 °C à +60 °C |




## Remarque

Domaine d'utilisation avec charge permanente: 3/4 x pleine échelle.
Domaine d'utilisation avec charge alternative: 2/3 x pleine échelle.

## Article

| Désignation | Diamètre nominal Ø | Plage de mesure | Classe de qualité | Raccord |
|---|---|---|---|---|
| **GVM 63 -1+0 HKR** | 63 | -1...0 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 63 -1+0.6 HKR** | 63 | -1...+0,6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 63 -1+1.5 HKR** | 63 | -1...+1,5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 63 -1+3 HKR** | 63 | -1...+3 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 63 -1+5 HKR** | 63 | -1...+5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 63 -1+9 HKR** | 63 | -1...+9 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 63 -1+15 HKR** | 63 | -1...+15 | 1,6 | G 1/4" -19 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*