# GMM 63 HKR

Manometri s glicerinskim punjenjem

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| **Pričvršćenje** | Stezni prsten |
| **Priključak 1** | BSP vanjski navoj, cilindrični |
| **Oblik brtve 1** | brtvljenje površina sa slavinom |
| **Priključak** | straga, centrično |
| **Norma** | EN 837-1 |
| **Prigušivanje** | pomoću glicerinskog punjenja |
| **Temperaturno područje** | mediju maks. +60 °C<br>Ambient -20 °C do +60 °C |




## Napomena

Područje korištenja kod statičkog opterećenja: 3/4 x konačne vrijednosti ljestvice.
Područje korištenja kod promjenjivog opterećenja: 2/3 x konačne vrijednosti ljestvice.

## Artikl

| Naziv | Nazivna veličina Ø | Područje skale | Klasa kvalitete | Priključak |
|---|---|---|---|---|
| **GMM 63-1 HKR** | 63 | 0...1 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **GMM 63-1.6 HKR** | 63 | 0...1,6 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **GMM 63-2.5 HKR** | 63 | 0...2,5 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **GMM 63-4 HKR** | 63 | 0...4 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **GMM 63-06 HKR** | 63 | 0...6 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **GMM 63-10 HKR** | 63 | 0...10 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **GMM 63-16 HKR** | 63 | 0...16 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **GMM 63-25 HKR** | 63 | 0...25 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **GMM 63-40 HKR** | 63 | 0...40 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **GMM 63-60 HKR** | 63 | 0...60 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **GMM 63-100 HKR** | 63 | 0...100 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **GMM 63-160 HKR** | 63 | 0...160 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **GMM 63-250 HKR** | 63 | 0...250 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **GMM 63-400 HKR** | 63 | 0...400 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **GMM 63-600 HKR** | 63 | 0...600 | 1,6 | G 1/4" - 19 |
| **GMM 63-1000 HKR** | 63 | 0...1000 | 1,6 | G 1/4" - 19 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*