# RMM 40 HKR

Manometro senza riempimento di glicerina

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| **Elemento di fissaggio** | Anello di serraggio |
| **Attacco 1** | Filetto esterno BSP cilindrico |
| **Tenuta 1** | con guarnizione piana con perno |
| **Attacco** | posteriore, centrico |
| **Norma** | EN 837-1 |
| **Campo della temperatura:** | medio max. +60 °C<br>Ambiente -20 °C a +60 °C |




## Nota

Campo d'impiego con carico statico: 3/4 x valore finale della scala.
Campo d'impiego con carico alternato: 2/3 x valore finale della scala.

## Articolo

| Denominazione | Dimensione nominale Ø | Scala | Classe di qualità | Attacco |
|---|---|---|---|---|
| **RMM 40-1 HKR** | 40 | 0...1 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-1.6 HKR** | 40 | 0...1,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-2.5 HKR** | 40 | 0...2,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-4 HKR** | 40 | 0...4 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-6 HKR** | 40 | 0...6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-10 HKR** | 40 | 0...10 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-16 HKR** | 40 | 0...16 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-25 HKR** | 40 | 0...25 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-40 HKR** | 40 | 0...40 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-60 HKR** | 40 | 0...60 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-100 HKR** | 40 | 0...100 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-160 HKR** | 40 | 0...160 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-250 HKR** | 40 | 0...250 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-315 HKR** | 40 | 0...315 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-400 HKR** | 40 | 0...400 | 2,5 | G 1/4" -19 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*