# GVM 63 H

Vakuuminis manometras su glicerino užpildu

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| **1 jungtis** | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | plokščiai sandarinantis, su kakliuku |
| **Jungtis** | gale, centrinis |
| **Norma** | EN 837-1 |
| **Slopinimas** | glicerino užpildmo pagalba |
| **Temperatūros diapazonas** | vidutinis maks. +60 °C<br>Aplinkos -20 °C iki +60 °C |




## Nuoroda

Naudojimo sritis esant apkrovai ramybės būsenoje: 3/4 x skalės galutinės reikšmė.
Naudojimo sritis esant kintamai apkrovai: 2/3 x skalės galutinė reikšmė.

## Prekė

| Pavadinimas | Nominalusis dydis Ø | Skalės diapazonas | Kokybės klasė | Jungtis |
|---|---|---|---|---|
| **GVM 63 -1+0 H** | 63 | -1...0 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 63 -1+0.6 H** | 63 | -1...+0,6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 63 -1+1.5 H** | 63 | -1...+1,5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 63 -1+3 H** | 63 | -1...+3 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 63 -1+5 H** | 63 | -1...+5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 63 -1+9 H** | 63 | -1...+9 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 63 -1+15 H** | 63 | -1...+15 | 1,6 | G 1/4" -19 |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*