# GVM 63 HKR

Vakuuma manometri ar glicerīna pildījumu

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| **Stiprinājums** | Iespīlēšanas gredzens |
| **Savienojums 1** | BSP ārējā vītne, cilindriska |
| **Blīvējuma veids 1** | plakanais blīvējums ar tapas |
| **Savienojums** | aizmugurē, centriski |
| **Standarts** | EN 837-1 |
| **Slāpēšana** | ar glicerīna pildījumu |
| **Temperatūras diapazons** | vidējs maks. +60 °C<br>Ambient -20 °C līdz +60 °C temperatūrā |




## Norāde

Izmantošana statiskas slodzes apstākļos: 3/4 x skalas gala vērtība.
Izmantošana mainīgas slodzes apstākļos: 2/3 x skalas gala vērtība.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Nominālais izmērs Ø | Skalas diapazons | Kvalitātes klase | Savienojums |
|---|---|---|---|---|
| **GVM 63 -1+0 HKR** | 63 | -1...0 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 63 -1+0.6 HKR** | 63 | -1...+0,6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 63 -1+1.5 HKR** | 63 | -1...+1,5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 63 -1+3 HKR** | 63 | -1...+3 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 63 -1+5 HKR** | 63 | -1...+5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 63 -1+9 HKR** | 63 | -1...+9 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 63 -1+15 HKR** | 63 | -1...+15 | 1,6 | G 1/4" -19 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*