# GVM 80 H

Manometr próżniowy glicerynowy

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Typ konstrukcji** | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| **Przyłącze 1** | Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | uszczelnienie płaskie z czopem |
| **Przyłącze** | tylne, centryczne |
| **Norma** | EN 837-1 |
| **Tłumienie** | napełnieniem glicerynowym |
| **Zakres temperatury** | czynnika maks. +60 °C<br>Otoczenia -20 °C do +60 °C |




## Wskazówka

Zakres stosowania przy obciążeniu spoczynkowym: 3/4 wartości końcowej skali.
Zakres stosowania przy obciążeniu zmiennym: 2/3 wartości końcowej skali.

## Artykuł

| Oznaczenie | Wielkość znamionowa Ø | Zakres skali | Klasa jakości | Przyłącze |
|---|---|---|---|---|
| **GVM 80 -0.6+0 H** | 80 | -0,6...0 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 80 -1+0 H** | 80 | -1...0 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 80 -1+0.6 H** | 80 | -1...+0,6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 80 -1+1.5 H** | 80 | -1...+1,5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 80 -1+3 H** | 80 | -1...+3 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 80 -1+5 H** | 80 | -1...+5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 80 -1+9 H** | 80 | -1...+9 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 80 -1+15 H** | 80 | -1...+15 | 1,6 | G 1/4" -19 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*