# HK VAK FILTRA GL

Próżniowy aparat filtracyjny ze szkła

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze** | Średnica króćca do węża = 6 mm |



## Wskazówka

Highly viscous media should be diluted with a technical solution (e.g. NHEPTAN-TECH).

## Opis

Szklany próżniowy aparat filtracyjny do oceny optycznej cieczy.

## Wskazówki do zamówienia

Filtr membranowy, pompę próżniową i wąż ssący należy zamawiać osobno.

## Dodatkowe informacje

Próbka oleju jest zasysana pompą próżniową przez filtr do butelki z filtratem .
Pozostałości na filtrze pozwalają na ocenę zanieczyszczenia oleju.
Pojemność butelki filtratu wynosi 1000 ml,
pojemność nasadki szklanej wynosi 250 ml,
powierzchnia filtracji wynosi 12,5 cm2 przy średnicy filtra 50 mm.

## Artykuł

| Oznaczenie | Ciężar (kg) |
|---|---|
| **HK VAK-FILTRA-GL** | 1,7 |

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| **HK VAK MEM** | Filtr do filtracji próżniowej |

## Elementy dodatkowe

| | |
|---|---|
| **HK VAK PUMPE** | Ręczna pompa próżniowa |
| **PSK** | Wąż z PCW, przezroczysty |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*