# GVM 63 HFR

Vakuumski manometer z glicerinskim polnenjem

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Način izdelave** | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| **Pritrditev** | čelni obroč s pričvrstilnimi vrtinami |
| **Priključek 1** | zunanji navoj cilindrični BSP |
| **Oblika tesnila 1** | plosko tesneče s čepom |
| **Priključek** | zadaj, centrično |
| **Standard** | EN 837-1 |
| **Dušenje** | z glicerinskim polnjenjem |
| **območje temperatur:** | maks. medij +60 °C<br>Okolice -20 °C do +60 °C |



## Navodilo

Območje uporabe ob statični obremenitvi: 3/4 obsega skale.
Območje uporabe pri dinamični obremenitvi: 2/3 obsega skale.

## Artikel

| Opis | Naz.velikost Ø | Območje skale | Kval.razred | Priključek |
|---|---|---|---|---|
| **GVM 63 -1+0 HFR** | 63 | -1...0 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 63 -1+0.6 HFR** | 63 | -1...+0,6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 63 -1+1.5 HFR** | 63 | -1...+1,5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 63 -1+3 HFR** | 63 | -1...+3 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 63 -1+5 HFR** | 63 | -1...+5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 63 -1+9 HFR** | 63 | -1...+9 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GVM 63 -1+15 HFR** | 63 | -1...+15 | 1,6 | G 1/4" -19 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*