# GMM 80 H

Manometar sa glicerinskim punjenjem

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| **Priključak 1** | BSP spoljni cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 1** | ravno zaptivanje sa rukavcem |
| **Priključak** | pozadi, centrično |
| **Norma** | EN 837-1 |
| **Prigušivanje** | pomoću glicerinskog punjenja |
| **Temperaturni opseg** | medija maks. +60 °C<br>Okoline -20 °C do +60 °C |




## Napomena

Područje primene kod mirnog opterećenja: 3/4 x vrednost na skali.
Područje primene kod promenljivog opterećenja: 2/3 x vrednost na skali.

## Artikal

| Naziv | Nominalna veličina Ø | Opseg skale | Klasa kvaliteta | Priključak |
|---|---|---|---|---|
| **GMM 80-1 H** | 80 | 0...1 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-1.6 H** | 80 | 0...1,6 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-2.5 H** | 80 | 0...2,5 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-4 H** | 80 | 0...4 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-6 H** | 80 | 0...6 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-10 H** | 80 | 0...10 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-16 H** | 80 | 0...16 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-25 H** | 80 | 0...25 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-40 H** | 80 | 0...40 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-60 H** | 80 | 0...60 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-100 H** | 80 | 0...100 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-160 H** | 80 | 0...160 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-250 H** | 80 | 0...250 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-400 H** | 80 | 0...400 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **GMM 80-600 H** | 80 | 0...600 | 1,6 | G 1/2" -14 |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*