

# GVM 63 HKR

Vakuumski manometar sa glicerinskim punjenjem

**HANSA FLEX**

## Osobine

Konstrukcija	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Pričvršćivanje	Stezni prsten
Priključak 1	BSP spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	ravno zaptivanje sa rukavcem
Priključak	pozadi, centrično
Norma	EN 837-1
Prigušivanje	pomoću glicerinskog punjenja
Temperaturni opseg	medija maks. +60 °C Okoline -20 °C do +60 °C



## Napomena

Područje primene kod mirnog opterećenja: 3/4 x vrednost na skali.

Područje primene kod promenljivog opterećenja: 2/3 x vrednost na skali.

## Artikal

Naziv	Nominalna veličina Ø	Opseg skale	Klasa kvaliteta	Priključak
GVM 63 -1+0 HKR	63	-1...0	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+0.6 HKR	63	-1...+0,6	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+1.5 HKR	63	-1...+1,5	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+3 HKR	63	-1...+3	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+5 HKR	63	-1...+5	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+9 HKR	63	-1...+9	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+15 HKR	63	-1...+15	1,6	G 1/4" -19