

RMM 63 HKR

Manometar bez glicerinskog punjenja

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|--------------------|--|
| Konstrukcija | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| Pričvršćivanje | Stezni prsten |
| Priključak 1 | BSP spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 | ravno zaptivanje sa rukavcem |
| Priključak | pozadi, centrično |
| Norma | EN 837-1 |
| Temperaturni opseg | medija maks. +60 °C Okoline -20 °C do +60 °C |



Napomena

Područje primene kod mirnog opterećenja: 3/4 x vrednost na skali.

Područje primene kod promenljivog opterećenja: 2/3 x vrednost na skali.

Artikal

| Naziv | Nominalna veličina Ø | Opseg skale | Klasa kvaliteta | Priključak |
|----------------|----------------------|-------------|-----------------|------------|
| RMM 63-0.6 HKR | 63 | 0...0,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-1 HKR | 63 | 0...1 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-1.6 HKR | 63 | 0...1,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-2.5 HKR | 63 | 0...2,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-4 HKR | 63 | 0...4 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-6 HKR | 63 | 0...6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-10 HKR | 63 | 0...10 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-16 HKR | 63 | 0...16 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-25 HKR | 63 | 0...25 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-40 HKR | 63 | 0...40 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-60 HKR | 63 | 0...60 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-100 HKR | 63 | 0...100 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-160 HKR | 63 | 0...160 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-250 HKR | 63 | 0...250 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-315 HKR | 63 | 0...315 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-400 HKR | 63 | 0...400 | 2,5 | G 1/4" -19 |