RVM 63 HFR

Vakuumski manometar bez glicerinskog punjenja

Osobine

Konstrukcija	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Pričvršćivanje	Prednji prsten sa otvorima za pričvršćivanje
Priključak 1	BSP spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	ravno zaptivanje sa rukavcem
Priključak	pozadi, centrično
Norma	EN 837-1
Temperaturni opseg	medija maks. +60 °C Okoline -20 °C do +60 °C



Napomena

Područje primene kod mirnog opterećenja: 3/4 x vrednost na skali.
Područje primene kod promenljivog opterećenja: 2/3 x vrednost na skali.

Artikal

Naziv	Nominalna veličina Ø	Opseg skale	Klasa kvaliteta	Priključak
RVM 63 -1 +0 HFR	63	-1...0	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +0.6 HFR	63	-1...+0,6	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +1.5 HFR	63	-1... +1,5	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +3 HFR	63	-1...+3	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +5 HFR	63	-1...+5	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +9 HFR	63	-1...+9	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +15 HFR	63	-1...+15	2,5	G 1/4" -19

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.